

LINEA *gluco* Control High

Katalógové číslo: **LG 200H**

Šarža: **GS xxxxxx**

Expirácia: **xx.xx.xxxx**

Balenie: **1 x 10 ml**

Pre in vitro diagnostické použitie.

Iba pre profesionálne použitie.

Určenie

Kontrolný roztok glukózy je určený iba pre glukózové analyzátoru, ktoré stanovujú glukózu v predriedenej vzorke na princípe elektrochemického enzymatického stanovenia glukózy.

Použitie

Kontrolný roztok glukózy sa používa iba nariedený v pomere 1:50. Riedi sa roztokom LINEA *gluco* Systema a to rovnako ako vzorky glukózy, ktoré sa stanovujú na glukózovom analyzáttore.

Zloženie

Kontrolný roztok glukózy obsahuje glukózu s koncentráciou po nariedení, ktorá je uvedená na etikete. Ako konzervačné činidlo obsahuje azid sodný (koncentrácia $\leq 0,1\%$).

Reagencie potrebné na stanovenie, nie sú súčasťou súpravy

- Pipety
- Linea *gluco* Systema, kat.č. LG3823

Uskladnenie a stabilita

Kontrolný roztok glukózy musí byť uskladnený v chlade pri teplote 2-8°C. Kontrolný roztok je stabilný do dátumu expirácie, ktorý je vytlačený na obale, pokial' je uskladnený pri uvedených podmienkach.

Príprava a vykonanie testu

- Vyberte kontrolný roztok glukózy z chladničky a pripravte si kontrolnú vzorku nariedením v pomere 1:50 so systémovým roztokom Linea *gluco* Systema (kat.č. LG3823).
- Takto pripravenú kontrolnú vzorku použite podľa „Prevádzkových pokynov“ k používanému glukózovému analyzátoru.
- Rovnakým spôsobom si pripravte vzorky pacientov a potom ich analyzujte na analyzáttore.
- Kontrolný roztok glukózy vráťte ihned po použití do chladničky pri 2-8°C.

Očakávané hodnoty

Výsledok kontrolného merania musí byť v povolenom rozsahu výsledkov, ktorý je uvedený aj na etikete: **x (y - z) mmol/l**

Pokial' je výsledok mimo tento rozsah, zopakujte meranie.

Výsledky, ktoré sú mimo očakávaný rozsah môžu indikovať:

- užívateľskú chybu
- expirovaný alebo kontaminovaný kontrolný roztok
- nesprávne skladovaný kontrolný roztok
- nesprávne nariebený alebo nenariebený kontrolný roztok
- poruchu prístroja

Upozornenia

- Iba pre in-vitro diagnostiku.
- Iba pre profesionálne použitie.
- Nepoužite reagenciu, pokiaľ je preexpirovaná.
- So všetkými vzorkami krvi a plazmy treba zaobchádzať ako s potenciálne infekčnými. Odpad zlikvidujte podľa platných predpisov.
- Používajte ochranné prostriedky, ako sú laboratórny plášť a jednorazové rukavice.
- Pri manipulácii s výrobkom nejedzte, nepite a nefajčíte.
- Kontrolný roztok glukózy obsahuje azid sodný ako konzervačné činidlo. Zabráňte dotyku s pokožkou a sliznicami. Postihnuté miesto vymyte množstvom vody. Pokiaľ potiaže pretrvávajú, obráťte sa na lekára .
- Zabráňte kontaminácii kontrolného roztoku glukózy.

Použité symboly

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Katalógové číslo | | Expirácia |
| | Číslo šarže | | Diagnostická zdravotnícka pomôcka <i>in vitro</i> |
| | Teplota skladovania | | Výrobca |
| | Označenie, že výrobok vyhovuje právnym predpisom EÚ, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú. | | |

Karta bezpečnostných údajov sa nachádza na www.eurolambda.sk, alebo na požiadanie u distribútoru.



Eurolab Lambda a.s.

T.Milkina 2, Trnava

Tel.: +421 33 5341 448

Fax: +421 33 5443 094

www.eurolambda.sk